

מפרט טכני עבור רכש תא שמיעה – מכללת אחווה

- יש לענות על כל הסעיפים ולציין ערכים היכן שנדרש.
- כל המחירים המצוינים לא יכללו מע"מ.

פירוט בדגם המוצע	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים
		שם הסוכן
		שם היצרן
		הדגם המוצע
	UL או ISO9000	תקני איכות
	S3.1 ANSI	תקני שמיעה
	קיר בודד	סוג התא
	צפה	סוג הרצפה
<u>מידות חיצוניות</u>		
	250 ס"מ ≤	גובה כולל מנחת רעש בכניסת מיזוג
	275 ס"מ ≤	רוחב-
	325 ס"מ ≤	אורך
<u>מידות פנימיות</u>		
	195 ס"מ ≥	גובה
	244 ס"מ ≥	רוחב
	295 ס"מ ≥	אורך
		גובה רצפה צפה
<u>כללי</u>		
	2,750 ק"ג	משקל התא
	≥ 49db	הנחתת רעש ב-1,000 Hz
	≤ 2db	גלים עומדים
	על גג התא	כניסת אוויר/מנחתים
	ישירות	חיבור התא לתעלת מיזוג
	גדול או שווה ל- 90 ס"מ	מפתח דלת כניסה
	מצד ימין	דלת כניסה

	15 שקעי PL-55 סטריאו +שקע USB	תכולת קופסת חיבורים פנים/חוץ
	קופסת חיבורים בעלת 15 שקעי PL-55 סטריאו המחוברת בתעלה לקופסא שמתחת לחלון	קופסת חיבורים נוספת במרכז הקיר האחורי
	לפחות שישה מתלים לאביזרים השונים	מתלים בתוך התא לאביזרים השונים.
		מעצורים לדלתות פנים/חוץ התא.
	לפחות 60 X 85 ס"מ.	גודל חלון
	נמוך מ-1 מ' וגבוה מ-90 ס"מ	גובה תחתית חלון מחוץ לתא
	לא פלורסנטית	תאורה
	הכנה	חיבור לגלאי עשן בתוך התא
<u>חשמל</u>		
	220v50 Hz	רשת החשמל
	תקע ייצוק ע"פ ת"י 32	כבל כוח
	מפסק להפעלת התאורה ליד דלת התא	מפסקים
	2 במרכז כל קיר	שקע מתח בתוך התא.
	חיבור התא לשקע הארקה.	הארקה
<u>תקופת אחריות</u>		
	24 חודשים	משך תקופת אחריות
	יש לציין	עלות שנת אחריות נוספת מעבר לניתן
		זמן הספקה
		מחיר כולל הספקה והתקנה

בברכה
אליעזר